



品 名： 六水合氯化镁
批 号： 20210426
级 别： 分析纯
检验依据： GB/T 672-2006
分 子 式： $MgCl_2 \cdot 6H_2O$
分 子 量： 203.30
检验日期： 2021-04-26

检验项目	指标	检验结果
含量($MgCl_2 \cdot 6H_2O$) , %	≥ 98.0	99.1
pH值(50g/L; 25°C)	5.0~6.5	合格
澄清度试验 , 号	≤ 3	<3
水不溶物 , %	≤ 0.005	<0.005
硫酸盐(SO_4) , %	≤ 0.005	<0.005
磷酸盐(PO_4) , %	≤ 0.001	<0.001
总氮量(N) , %	≤ 0.005	<0.005
钙(Ca) , %	≤ 0.05	<0.05
铁(Fe) , %	≤ 0.0005	<0.0005
钡和锶(以Ba计) , %	≤ 0.005	<0.005
重金属(以Pb计) , %	≤ 0.0005	<0.0005
以下空白		

结论： 本品按 GB/T 672-2006 检验, 结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 黄小蔓